



МБАЛ „Свети Пантелеймон“ - Пловдив“ ЕООД

4004 Пловдив, бул. "Никола Вапцаров" № 9

www.mbal2pv.hit.bg; e-mail: mbal_2@yahoo.com

Управител тел.: 032/ 603 981; Зам. управител тел./факс: 032/ 603 926; 603 970

МОНЕТОЛ ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗБИРАНЕ
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС
"СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН - ПЛОВДИВ"
ЕООД

Изм. № 1381

ДО УЧАСТНИЦИ
Дата 18.07.2013г.
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ “СВ. ПАНТЕЛЕЙМОН – ПЛОВДИВ” ЕООД”

Относно: Искане за даване на разяснения с вх.№ 2540 от 17.07.2013 година по входящия регистър на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД във връзка с провеждане на открита процедура по реда на ЗОП с предмет: "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали за нуждите на МБАЛ „Св. Пантелеймон - Пловдив ЕООД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,


По повод постъпило искане за даване на разяснения по документацията за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет и на основание член 29 от ЗОП, следва да имате предвид следното уточнение при изготвяне на Вашата оферта за участие в процедурата, а именно:

ВЪПРОС 1: Относно обособена позиция в техническата спецификация № 81. Моля да уточните дали маските са с връзки или с ластик.

ОТГОВОР: Маските следва да бъдат с ластик.

ВЪПРОС 2: Относно обособена позиция в техническата спецификация № 113. Моля да уточните материала на ръкавиците за еднократна употреба – дали е латекс, винил, нитрил, дали са талкирани или не и какъв размер да бъдат.

ОТГОВОР: Ръкавиците следва да бъдат латексови, талкирани с размери: 6.(6.5) , 7.(7.5) и 8.(8.5)



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ

Европейски фонд за регионално развитие



НАЦИОНАЛНА
СТРАТЕГИЧЕСКА
РЕФЕРЕНТНА РАМКА
2007 - 2013



ВЪПРОС 3: Относно обособена позиция в техническата спецификация № 117. Моля да уточните дали ръкавиците са талкирани или не.

ОТГОВОР: Ръкавиците трябва да са талкирани.

ВЪПРОС 4: Относно обособени позиции в техническата спецификация от № 118 до № 120 включително. Моля да уточните материала на хирургическите ръкавици – латекс, винил, нитрил, както и дали са талкирани или не.

ОТГОВОР: Материала следва да е латекс, талкирани.

Настоящото разяснение се публикува на интернет сайта на възложителя и става част от документацията за участие в процедурата, като това обстоятелство следва да се прецизира от всички участници при подготовката и представянето на офертите за участие.

Д-Р ХАРИЕТА ЕЛКОВА
Зам. Управител



** Настоящото разяснение се подписва от Зам. Управител по диагностично лечебната дейност на МБАЛ „Св. Пантелеймон“ – Пловдив“ ЕООД в изпълнение на Заповед № 1587 от 12.07.2013 год. на Управителя Доц. Д-р Петко Недев, д.м.*